

Dr. Eugenio Mereu
Direttore U.O. Urologia
Ospedale San Gavino
3295606617 - 0709378250

Al Dr. Giorgio Carboni
Direttore Assl Sanluri

Alla Dr.ssa Sandra Olla
Ufficio di Staff

Oggetto: Richiesta acquisto uretroscopio flessibile monouso

Si richiede l'acquisto di dieci ureteroscopi flessibili monouso per il reintegro della dotazione strumentale di sala operatoria.

Data l'attuale indisponibilità di strumenti flessibili e la frequente necessità di trattare la calcolosi della via escretrice alta, tale acquisto ha carattere d'urgenza.

Si precisa inoltre che il video-processore offerto unitamente agli strumenti monouso dalla ditta fornitrice (MOVI Spa) è già presente in sala operatoria e non va quindi acquistato separatamente.
Si allegano, comunque le caratteristiche tecniche richiesta.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

San Gavino 26-4-2022



Dr. Eugenio Mereu

S1 40702/22A
[Signature]
ASL Sanluri - ASCL Sanluri
Principale Operatore
San Gavino Incurabile
IL RESPONSABILE SANITARIO

Firmato digitalmente da MEREU EUGENIO
Data: 2022.04.26 17:20:17 +02'00'

MEREU
EUGENIO
IO

[Signature]
ASL Mediocampidano
Azienda Socio Sanitaria Locale
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Carboni

ASL6 - Medio Campidano
Data: 07/09/2023 13:19:58 NP/2023/0000649

CARATTERISTICHE VIDEOURETEROSCOPIO FLESSIBILE MONOUSO

Il sistema flessibile monouso dovrà essere completo e pronto all'uso in sala operatoria. Dovrà essere dotato di ogni dotazione tecnologica periferica necessaria aggiuntiva alla normale dotazione della sala operatoria.

In particolare dovrà possedere, necessariamente, le seguenti caratteristiche:

- Illuminazione a LED in punta (almeno 500 lux)
- Risoluzione in punta 400 x 400 o superiore
- Irrigazione separata
- Canale operativo 3,6 fr
- Deflessione 275 ° Up - 275° down
- Acquisizione di immagini e video autonoma
- Sistema di blocco della sonda guida
- Immagine regolabile per dimensione e forma
- Luminosità impostabile
- Possibilità di impiego con camicie uretrali da 9,5 fr
- Campo di visione 110 °
- Lunghezza operativa almeno 650 mm
- Profondità di campo 3 – 10 mm
- Angolo di visione 0 °
- Diametro crescente prossimale – distale

Sam Gavino 26-4-2022

Dr. Eugenio Mereu

Di Autorizzat
ATS Sardegna - ASSL Sanluri
Sant'Antioco
IL RESPONSABILE SANITARIO

OK
ASL Mediocampidano
Azienda Socio Sanitaria Locale
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Carboni